

El bowstringing es una complicación poco habitual de la [estimulación cerebral profunda](#), que consiste en una tensión anormal de las extensiones eléctricas situadas entre los electrodos y la batería, acompañada de una sensación de dolor y tensión a nivel cervical, en la zona donde se encuentran los cables (Castro y col., 2013).

Bibliografía

Castro Bouzas, Daniel, Ramón Serramito García, José Luis Relova Quinteiro, Alfonso Castro García, Begoña Ares Pensado, Ángel Sesar Ignacio, and Miguel Gelabert-González. 2013. "Bowstringing Como Complicación De Estimulación Cerebral Profunda." *Neurocirugía* 24 (1) (January): 37-40. doi:10.1016/j.neucir.2012.09.005.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=bowstringing>

Last update: **2025/03/10 15:22**

