

El catéter lumbar está diseñado para el **drenaje lumbar externo** de **líquido cefalorraquídeo** (LCR).

El equilibrio entre dureza y grosor de la pared del catéter de silicona evita que el tubo se doble y facilita su correcta colocació.

Las marcas de longitud en intervalos generalmente de 1 cm y la numeración adicional cada 5 cm permiten realizar un control preciso durante su colocación.

Consta de un fiador que si es hidrofílico: tras colocar el catéter, el fiador, a diferencia de los fiadores convencionales, puede retirarse con gran facilidad de forma que se evita la dislocación.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=cateter_lumbar

Last update: **2025/03/10 15:05**

