

El sistema Neurotrend® (Multiparameter Intravascular Sensor, Biomedical Sensors, Malvern, PA, EE. UU.), introducido en 1999 ha dejado de comercializarse en 2004, permitía la monitorización simultánea de varios parámetros a través de una única sonda (O2, CO2, pH y temperatura), monitorizando la presión parcial de O2 mediante un método colorimétrico y no polarográfico, por lo que su fiabilidad fue cuestionada.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=neurotrend>

Last update: **2025/03/10 15:18**

