


NUBIC®

Interbody Fusion – simple and efficient

Caja para artrodesis cervical, por vía anterior y tras discectomía cervical:



Indicaciones

Hernia de disco intervertebral, inestabilidad mecánica, calcificación de las estructuras posteriores, estenosis.

Material

PEEK OPTIMA LT , una revolucionaria solución biocompatible termoplástica.

Desde su introducción en los año 1990, el polímero se ha convertido cada vez más el material de elección para aplicaciones que requieren excelente resistencia a productos químicos, calor, vapor de agua, la radiación y el desgaste. Si bien es casi totalmente inerte, este polímero combina la fuerza superior, la rigidez y resistencia al impacto, permitiendo una imagen excelente post operatoria de la zona quirúrgica.

Marcadores de titanio- Fácil identificación y posicionamiento

Excelente biocompatibilidad

Superficies de dientes, superiores e inferiores, aseguran asiento del implante.

Amplia apertura para la fusión sólida permitiendo el crecimiento óseo.

<http://www.signusmedical.com/index.php?id=42>

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=nubic>

Last update: **2025/03/10 15:07**

